



20.12.2022

### ZEYİLNAME-01

**İhale No:** 2022-11

**İhale Adı:** İSTİSNA İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu Projesi Biyomedikal Cihaz Mal Alımı İhalesi

Bu zeyilname ile ihale teknik şartnamesine eklenen ve deęişen maddeler ařaęıdaki gibidir.

#### **Eklenen madde**

“İhale Sıra No:1 Biyogüvenlik Kabini Düzey 2” Teknik Şartnamesine ařaęıdaki 30. Madde eklenmiştir.

30. Kabin yükseklik en fazla 2000mm (çalışma ayaęı ile birlikte) ve iç çalışma alanı genişlięi 1200 mm olacaktır.

#### **Deęişen madde**

“İhale Sıra No:15 Hibridizasyon Fırını ve Aksesuarları” Teknik Şartnamesinin 12. Maddesi ařaęıdaki şekilde revize edilmiştir.

12. Cihazla birlikte;

- 1 adet 60 mm cap x 200 mm uzunluęa sahip 8 şişe kapasiteli rotisser,
- 1 adet 50 ml konik tupler için 12 dikey kapasiteli rotisser,
- 1 adet 1,5 ml santrifuj tupler için 64 kapasiteli rotisser,
- 16 adet 60 mm cap x 200 mm uzunluęunda silikon kapaklı şişe,

veya

- 1 adet 40mm Çap×200mm boy şişe - kapasite : 12 adet/40mm Çap×120mm boy şişe - kapasite : 24 adet kapasiteli rotisser

- 8 adet Hibridizasyon şişesi ( Bottle Small : en fazla 40mm(çap) x 200(mm) )

- 8 adet Hibridizasyon şişesi ( Bottle Small : en az 40mm(çap) x 120(mm) ) verilmelidir.

Saęlanmalıdır.

Saygılarımızla

İhale Yetkilisi  
Prof Dr. Kamil Rifat İrfan Güney  
Rektör Yardımcısı

Ek: 2022-11 Teknik Şartnameler-REV01